

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона на право **«Закупка расходных материалов»** (номер извещения **0373100068216000744**), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.

Сведения о товаре:

№ п/ п	Наименование	Сведения о качестве, технических характеристиках (потребительских свойствах) товара, сведения о фасовке, упаковке	Ед. изм.	Кол-во	Сведения о остаточном сроке годности на момент поставки товара (%)
1	Одноразовый ультразвуковой стереотаксический зонд для вакуумной биопсийной системы. Размер 7G. Страна происхождения – Германия	Предназначен для проведения процедуры биопсии тканей молочной железы с целью гистологического исследования с частичным и полным удалением выявленного новообразования под действием автономно создаваемого вакуума. Общие параметры зонда: - Однократное применение - Предназначен для использования под контролем УЗИ и маммографии - Размер зонда 7G - Зонд состоит из двух концентрических стальных канюлей. - Во внешней канюле имеется отверстие с заостренными (радиальными) режущими кромками. - Внутренняя канюля содержит заборную камеру.	шт.	50	80%

		Длина заборной камеры 30 мм. Внутренняя канюля движется вперед и назад, а внешняя канюля вращается и движется по верх заборной камеры, срезая при этом образец ткани. В это время в системе создается вакуум, удерживающий срезанную ткань в заборной камере. - Объем полученного образца –200 мг. - Наличие специальной камеры для введения анестетика во время процедуры. - Наличие дискового переключателя зонда: обеспечивает вращение заборной камеры на 360 градусов, через 12 градуированных положений. - Трехгранная лазерная заточка иглы - Стерильная упаковка 5 штук в упаковке.			
2	Одноразовый ультразвуковой стереотаксический зонд для вакуумной биопсийной системы. Размер 10G. Страна происхождения – Германия	Предназначен для проведения процедуры биопсии тканей молочной железы с целью гистологического исследования с частичным и полным удалением выявленного новообразования под действием автономно создаваемого вакуума. Общие параметры зонда: - Однократное применение - Предназначен для использования под контролем УЗИ и маммографии - Размер зонда 10G	шт.	50	80%

		- Зонд состоит из двух концентрических стальных канюлей. - Во внешней канюле имеется отверстие с заостренными (радиальными) режущими кромками. - Внутренняя канюля содержит заборную камеру. Длина заборной камеры 30 мм. - Внутренняя канюля движется вперед и назад, а внешняя канюля вращается и движется поперек заборной камеры, срезая при этом образец ткани. В это время в системе создается вакуум, удерживающий срезанную ткань в заборной камере. - Объем полученного образца –100 мг. - Наличие специальной камеры для введения анестетика во время процедуры. - Наличие дискового переключателя зонда: обеспечивает вращение заборной камеры на 360 градусов, через 12 градуированных положений. - Трехгранная лазерная заточка иглы - Стерильная упаковка 5 штук в упаковке.			
--	--	--	--	--	--

Регистрационное удостоверение – имеется

Сертификат соответствия – имеется